

Přístroj pro kontrolu koncentrace CO



Bezpečnostní měření koncentrace CO v okolním vzduchu

testo 315-2, měří přesně koncentraci CO v okolním vzduchu. Přístroj pro všechny topenáře. Bezvadný odtaž spalin je předpokladem pro správnou funkci spalovacích zařízení.

Pomocí tiskárny protokolů testo zdokumentujete okamžitě naměřené hodnoty včetně údaje o času, datu a nastavených hraničních hodnotách.

- **Varování před otravou CO**
- **Volba různých hraničních hodnot**
- **Tisk data, času a nastavených hodnot (hranice alarmu)**
- **Topsafe, ochranné pouzdro chrání přístroj při nešetném zacházení**



Rychlá a přenosná dokumentace naměřených hodnot přímo na místě, včetně údaje o času, datu a nastavených hraničních hodnotách

testo 315-2

testo 315-2, přístroj pro kontrolu koncentrace CO, včetně baterie

Obj.č. 0632 0317



Tisk
0...2.000 ppm



ppm
CO

Příslušenství

Obj.č.

| | |
|---|-----------|
| Odběrová sonda pro měření CO ve spalinách, s výměnným filtrem NOx a sběrným vakem | 0554 3154 |
| Akumulátor 9V pro přístroj místo baterie | 0515 0025 |
| Nabíječka pro 9V akumulátor pro externí nabíjení akumulátoru 0515 0025 | 0554 0025 |
| Pouzdro topsafe (nezničitelné ochranné pouzdro) chrání přístroj proti nečistotám a nárazům | 0516 0443 |
| Magnetický třmen pasující na topsafe 0516 0443 pro rychlé upevnění přístroje např. na kotel | 0554 0407 |
| Upevňovací klips pro přístroj, skládá se z: upevňovacího klipsu a magnetického držáku | 0554 0398 |
| Náhradní filtry (10 kusů) pro odběrovou sondu CO | 0554 0040 |
| Filtrační granulat (sada pro doplnění) pro obnovu filtru NOx odběrové sondy CO | 0554 3167 |
| Tiskárna protokolů testo s 1 rolí termopapíru a 4 bateriemi pro tisk naměřených hodnot na místě | 0554 0545 |
| Nabíječka pro tiskárnu (se 4 standardními akumulátory) nabíjení probíhá externě | 0554 0110 |
| Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí) | 0554 0569 |
| Náhradní termopapír pro tiskárnu (6 rolí) dlouhodobě stabilní - čitelnost záznamu až 10 let | 0554 0568 |
| Pohotovostní pouzdro pro bezpečné uchování přístroje | 0516 0191 |
| Transportní kufr (plast) pro transport a bezpečné uchování přístroje a příslušenství | 0516 3120 |

Doporučená sada:

testo 315-2, sada pro měření koncentrace CO



testo 315-2, přístroj pro kontrolu koncentrace CO, včetně baterie

Pouzdro topsafe (nezničitelné ochranné pouzdro)

Pohotovostní pouzdro

Technická data

| | | | |
|-------------------|--|------------------|---|
| Měřicí rozsah | 0... +2000 ppm CO | Displej | dvouřádkový LCD |
| Přesnost ±1 digit | ±10% z nam. h. (+100... +2000 ppm CO) ±10 ppm CO (0... +100 ppm CO) | Materiál krytu | ABS |
| Rozlišení | 1 ppm CO (0... +2000 ppm CO) | Provozní teplota | +5... +45 °C |
| | | Baterie | 9V |
| | | Rozměry | 215x68x47 mm |
| | | Hmotnost | 400 g |
| | | Záruka | 2 roky |
| | | Hranice alarmu: | 50/ 100/ 500 ppm |
| | | Alarm: | akustický & optický alarm při překročení zvolené hraniční hodnoty |
| | | Nulování: | automatické při zapnutí |